

Gdańsk, dn. 18.04.2019 r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII  
W GDAŃSKU  
80-958 Ciekociński, ul. Na Stoku 50  
tel. 58 302-32-52, fax 58 302-39-62

## - WSZYSCY WYKONAWCY -

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia na: „Dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW-a-z.272.1.2019, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 8, dot. SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla cz. I:**

„Zamawiający w Rozdziale 1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia] dla części nr 1 w pkt. 8 podaje :

- wymagany minimalny okres przydatności do użycia nieotwartego wyrobu nie może być krótszy niż 75% maksymalnego terminu określonego przez producenta testu,

natomiast w Załączniku nr: 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla części nr 1 w pkt. 8 podaje Zamawiający określa :

- wymagany minimalny okres przydatności do użycia nieotwartego wyrobu nie może być krótszy niż 300 dni kalendarzowych od daty dostawy.

W Rozdziale 9 SIWZ (Opis kryteriów przy wyborze oferty) - pkt.2.2 (Sposób obliczenia ceny -Termin ważności) Zamawiający opisuje ocenę następująco:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. za każde wydłużenie o pełne 5% terminu przydatności w stosunku do minimalnego terminu przydatności określonego przez

Zamawiającego i wynoszącego 75% maksymalnego terminu ważności testu określonego przez producenta.

Przyjęte zapisy w Rozdziale 1 SIWZ, w Rozdziale 9 SIWZ (Opis kryteriów przy wyborze oferty) i Załączniku nr: 1 do SIWZ oraz są wzajemnie niespójne - wykluczają czytelne dokonanie obiektywnej oceny ofert.

W czysto hipotetycznym przypadku - jeżeli termin ważności określony przez producenta wynosi 12 miesięcy (365dni) to zestaw ten  $365 \times 75\% = 273$  dni spełnia kryteria w Rozdziale I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) tj. 75% maksymalnego terminu ważności testu określonego przez producenta dla części nr 1 w pkt. 8 , a nie spełnia kryteriów zawartych w Załączniku nr:1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla części nr 1 w pkt. 8. tj. 300 dni kalendarzowych.

Taki zapis eliminuje dostawców, których termin ważności testu określonego przez producenta jest krótszy niż 400 dnia kalendarzowych.

Pytania do Zamawiającego:

1. który opis i wymóg jest prawidłowy - ten w Rozdziale I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) czy ten Załączniku nr: 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla części nr 1?

2. czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w Rozdziale 9 SIWZ (Opis kryteriów przy wyborze oferty) - pkt.2.2 (Sposób obliczenia ceny -Termin ważności) na jeden z następujących:

- Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. - za każde wydłużenie o pełne 5% do minimalnego terminu przydatności określonego przez Zamawiającego terminu przydatności

lub

- Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. - za każde wydłużenie o pełne 5% w stosunku do 75% maksymalnego terminu ważności testu określonego przez producenta ?

3. Czy dla prawidłowej i terminowej realizacji zamówień - Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień faksem lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem nie krótszym niż 15 dni roboczych przed oczekiwaną datą dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

1. Zamawiający informuje, że opis i wymóg w Rozdziale I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr: 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla części nr 1, są **prawidłowe**.

Zamawiający celu doprecyzowania wymagań uzupełnia treść zapisu Rozdziału 1 „Opis przedmiotu zamówienia, I Przedmiot zamówienia”, pkt. 2.8), który otrzymuje brzmienie: *„Wymagany minimalny okres przydatności do użycia nieotwartego wyrobu **nie może być krótszy niż 75% maksymalnego terminu określonego przez producenta testu (nie krótszy niż 300 dni kalendarzowych od daty dostawy)**”*.

2. Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu w Rozdziale 9 SIWZ (Opis kryteriów przy wyborze oferty) - pkt.2.2 (Sposób obliczenia ceny -Termin ważności).

3. Zamawiający **nie wyraża zgody** na składanie zamówień faksem lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem nie krótszym niż 15 dni roboczych przed oczekiwaną datą dostawy.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

POMORSKI  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
  
*lek. wet. Wojciech Trybowski*