

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w GDAŃSKU
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50
tel. 58 302-32-52, fax 58 302-39-62

Gdańsk, dn. 26.10.2018 r.

-WSZYSCY WYKONAWCY-

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia na: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF - 4 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW-a-z.272.9.2018, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1, dot. rozdziału 14 - wzór umowy:

„Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury.

Pytanie nr 2, dot. rozdziału 14 - wzór umowy:

„Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **zgadza się** na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu i zmienia treść §5 ust. 6 Umowy dla części II postępowania, na:

„W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego elementu na nowy, całkowicie sprawny, który zagwarantuje, iż urządzenie po jego wymianie będzie o parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną w Rozdziale 1 SIWZ oraz Załączniku nr 2 do Umowy”.

Pytanie nr 3, dot. rozdziału 14 - wzór umowy:

„Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez

Wykonawcę kary umownej”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający **nie wyraża** zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Pytanie nr 4, dot. rozdziału 14 - wzór umowy:

„Par. 7 ust. 1 pkt 2-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”.

Pytanie nr 5, dot. rozdziału 14 - wzór umowy:

„Par. 7 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy, a w przypadku braku zgody na usunięcie czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w jakim przypadku będzie naliczana kara umowna?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na usunięcie niniejszego postanowienia umowy. Zamawiający **nie wyraża** zgody na doprecyzowanie w jakim przypadku będzie naliczana kara umowna, gdyż przedmiotowy zapis jest wystarczająco precyzyjny.

Pytanie nr 6, dot. rozdziału 14 - wzór umowy:

„Par. 9 ust. 4-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający **nie wyraża** zgody, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze.

Pytanie nr 7, dot. załącznika 3b, część II:

„Czy Zamawiający dopuści aparat do qPCR bez możliwości rozbudowy urządzenia o blok zwiększający ilość jednocześnie analizowanych prób do 384 i posiadający lampę ksenonową umożliwiającą jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób oraz przeznaczony do diagnostyki in vitro (certyfikat CE-IVD)?”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający **dopuszcza** aparat do qPCR bez możliwości rozbudowy urządzenia o blok zwiększający ilość jednocześnie analizowanych prób do 384 i posiadający lampę ksenonową umożliwiającą jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób oraz przeznaczony do diagnostyki in vitro (certyfikat CE-IVD).

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Kowalke
lek. wet. Edward Kowalke

