

Gdańsk, dn. 08.04.2019 r.

## - WSZYSCY WYKONAWCY -

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia na: „Dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW-a-z.272.1.2019, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie nr 2, dot. części II:**

„1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wymienionego w punkcie 15?

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii znajduje się Wykaz wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii. Na liście tej znajdują się jedynie testy do diagnostyki in vitro stosowane w medycynie weterynaryjnej, nie ma na niej zestawów do izolacji materiału genetycznego badanych zwierząt potrzebnych do wykonania wyżej wymienionych testów. Zestawy do izolacji materiału genetycznego, jeśli są wyrobem medycznym, podobnie jak pojemniki do pobierania próbek, wymazówki, końcówki do pipet, probówki typu ependorf, itp nie podlegają obowiązkowi wpisu do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/diagnostyka-in-vitro>

Podobnie Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy wydaje opinie o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej ale zestawy do izolacji materiału genetycznego, jeśli są wyrobem medycznym, podobnie jak pojemniki do pobierania próbek, wymazówki, końcówki do pipet, probówki typu ependorf, itp nie podlegają wymogowi posiadania opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego.

Czy zatem Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym zaoferowany produkt

jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego aparacie MagNA Pure 96 Instrument? Powyższe rozwiązanie wykorzystujące technologie izolacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych w aparatach MagNa Pure jest szeroko stosowane w diagnostyce weterynaryjnej w Polsce i na świecie ( m.in. w Czechach)”?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **akceptuje rozwiązanie** w którym zaoferowany produkt jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego aparacie MagNA Pure 96 Instrument.

**Pytanie nr 3, dot. wzoru umowy:**

„Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury.

**Pytanie nr 4, dot. wzoru umowy:**

„Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

**Pytanie nr 5, dot. wzoru umowy:**

„Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający **nie wyraża** zgody, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

POMORSKI  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
  
lek. wet. Wojciech Trybowski