

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, w trzech częściach:

Część I- **dostawa urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego** - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3a oraz poniższymi zapisami:

1. Wymagane dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z urządzeniem.
2. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
3. Wymagany dostęp do opracowanych przez producenta procedur kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej aparatu.
4. Producent aparatu powinien posiadać w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie bez względu na rodzaj używanego bloku.
5. Producent aparatu powinien posiadać w swojej ofercie katalogowej gotowe panele umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka / myszy / szczura.
6. Wymagany okres gwarancji dla urządzeń: minimum 24 miesiące.
7. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
8. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
9. Wymagany termin dostawy: **do końca listopada 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty z Zamawiającym.**
10. Wykonawca w cenie urządzenia jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzenia do pracowni (parter).
11. Wykonawca w cenie urządzenia zapewni jego montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

Część II- **dostawa urządzeń do homogenizacji, mieszania i wytrząsania próbek**- zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3b oraz poniższymi zapisami:

1. Wymagane dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz w oryginale, dostarczone wraz z urządzeniami.
2. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE, a dla urządzenia opisanego w pozycji 3 formularza cenowego również wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych .
3. Wymagany okres gwarancji dla urządzeń:
 - pozycja 1 formularza cenowego: 36 miesięcy
 - dla pozostałych pozycji formularza cenowego: minimum 24 miesiące.
4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
5. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.

6. Wymagany termin dostawy: **do końca listopada 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty z Zamawiającym.**
7. Wykonawca w cenie urządzeń jest zobowiązany zapewnić dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzeń do pracowni (I i II piętro, bez windy).
8. Wykonawca w cenie urządzeń zapewni ich montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy nie przekroczył 72 h, a czas naprawy nie był dłuższy niż 7 dni roboczych.

Część III- **Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do badań serologicznych**- zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3c oraz poniższymi zapisami:

1. Wymagane dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniami.
2. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE.
3. Wymagany okres gwarancji dla urządzeń: minimum 24 miesiące.
4. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w miejscu użytkowania.
5. Firma serwisująca zarejestrowana i działająca na terenie Unii Europejskiej.
6. Wymagany termin dostawy: **do końca listopada 2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty z Zamawiającym.**
7. Wykonawca w cenie urządzeń i wyposażenia jest zobowiązany zapewnić ich dowóz do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem urządzeń do pracowni (I i II piętro, bez windy).
8. Wykonawca w cenie urządzeń i wyposażenia zapewni ich montaż, uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

Pozostałe ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający wymaga, aby cały dostarczany sprzęt były fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach, pozbawiony wad fizycznych i prawnych, posiadał stosowne wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
- 2) Oferowany i dostarczany sprzęt musi posiadać rok produkcji 2020.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
- 4) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj.:
 - a) załączyć do oferty stosowny dokument tj. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna, jest o takich samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta danego produktu wskazanego przez zamawiającego w SIWZ;

- b) dokument wymienione powyżej powinny być przedłożone w języku polskim lub tłumaczone na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, parametry produktu, itp., dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji dotyczy;
 - c) Zamawiający wymaga, aby załączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane produkty równoważne wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszej SIWZ - o treści zgodnej ze wzorem określonym w **Załączniku nr 5** do SIWZ;
- 5) Zamawiający nie wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał dodatkowe udogodnienia związane z pracą osób niepełnosprawnych.