

Gdańsk, dn. 22.10.2020 r.

## - WSZYSCY WYKONAWCY -

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku w 13 częściach”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW-a-z.272.16.2020, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie 1, dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający zgodzi się aby ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2% wartości netto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Wysokość kar powinna być ustalona tak aby zapewnić prawidłowy proces dostarczenia towaru, nie powinny one służyć wzbogaceniu się Zamawiającego z tego tytułu a w naszej ocenie kary te odbiegają znacząco od standardowej praktyki.

Ponadto tak wysokie kary w obecnej sytuacji pandemii i dużej niepewności na rynku znacząco wpłyną na wysokość oferty lub skutecznie uniemożliwią dostęp do tego postępowania?”.

#### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający **wyraża zgodę**, aby ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2% wartości netto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zmianę zapisów umowy w tym zakresie **Zamawiający precyzuje poniżej w odpowiedzi na pytanie 6.**

#### **Pytanie 2, dot. części 1:**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej

firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Część nr 1- Dostawa narzędzi sekcyjnych i innych przyrządów drobnych używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt

Poz.1) Kostotom o dł. 230mm bez nazwy własnej, wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej, funkcjonalnie identyczny.

Poz.1) Kostotom o dł. 340mm bez nazwy własnej, wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej, funkcjonalnie identyczny.

Poz.7) Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki, odgięta ze stali nierdzewnej dł. 100mm lub pęseta zagięta o ostrych końcach i dł. 105mm.

Poz.8) Pęseta ze stali nierdzewnej o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej i są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia."

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie powyżej wymienionych narzędzi.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych.

**Pytanie 3, dot. części 13, wzór umowy §4 ust.8:**

„Zamawiający zapisał:

„Do dostarczanego przedmiotu zamówienia należy dołączać wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ, w szczególności instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty jakości dostarczanego produktu oraz gwarancje”

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w odniesieniu do części XIII, tak by brzmiał:

„Do dostarczanego przedmiotu zamówienia należy dołączać wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ, w szczególności instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, certyfikaty jakości dostarczanego produktu oraz gwarancje, lub Wykonawca udostępni na stronie internetowej w/w dokumenty 24h/7 dni w tygodniu.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent akcesoriów wymienionych w części XIII nie oferuje ulotek w innych językach jak tylko w języku angielskim. Ze względów na politykę ekologiczną firmy dokumenty takie jak informacje o produktach, certyfikaty są udostępniane wyłącznie na stronie producenta.”

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający **wyraża zgodę** i modyfikuje zapis §4 ust.8 wzoru umowy dla części XIII prowadzonego postępowania przetargowego na: „Do dostarczanego przedmiotu zamówienia należy dołączać wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ, w szczególności instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, certyfikaty jakości dostarczanego produktu oraz gwarancje, lub Wykonawca udostępni na stronie internetowej w/w dokumenty 24h/7 dni w tygodniu.”

**Pytanie 4, dot. części 13, wzór umowy §3:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.”

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający bez modyfikacji zapisów we wzorze umowy **wyraża zgodę** na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy: [zhwo@gdansk.wiw.gov.pl](mailto:zhwo@gdansk.wiw.gov.pl)

**Pytanie 5, dot. części 13, wzór umowy §4 ust.12:**

„Zamawiający zapisał:

„WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 2 dni robocze. Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 18 dni robocze. Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż przewidziany czas na analizę słuszności reklamacji oraz samą dostawę w ramach reklamacji jest za krótki. Nasz asortyment produkowany i magazynowany jest poza granicami kraju.

Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający **wyraża zgodę** i **wprowadza** do wzoru umowy **dla części XIII** prowadzonego postępowania zapis w §4 ust.12 o następującym brzmieniu:

„WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 14 dni robocze. Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.

**Pytanie 6, dot. części 13, wzór umowy §5 ust.1, ppkt. a) i c):**

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 1% w podpunkcie a) i z 5%

w podpunkcie c) do 0,2% dla obu podpunktów.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą."

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający **zmienia brzmienie** zapis wzoru umowy w §5 ust.1:

*„1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU karę umowną w przypadku:*

- a) niedotrzymania terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w §2 ust. 3 w wysokości 0,2% ceny brutto zamówionej partii przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki;*
- b) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% łącznej ceny brutto niezrealizowanej części umowy;*
- c) nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę.”*

**Pytanie 7, dot. części 6:**

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 „Pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, z wacikiem wiskozowym, pakowane indywidualnie, jałowe. Wymagany certyfikat jakości producenta.”

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę w pozycji 4 pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, z wacikiem wiskozowym, pakowane indywidualnie, jałowe. Wymagany certyfikat jakości producenta.

**Pytanie 8, dot. części 6:**

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 „Wymazówki sterylne z uniwersalnym podłożem transportowym. Wymazówki z wacikiem nylonowym w próbówce z podłożem?”

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę w pozycji 9 wymazówki sterylne z uniwersalnym podłożem transportowym. Wymazówki z wacikiem nylonowym w próbówce z podłożem.

**Pytanie 9, dot. części 2:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.”

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania.

**Pytanie 10, dot. części 2:**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny PP o łącznej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> (PE+PP)?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dostawę fartucha wykonanego z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny PP o łącznej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> (PE+PP).

**Pytanie 11, dot. części 2:**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?”

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dostawę fartucha wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 12, dot. części 2:**

„Pozycja 3, 4, 11: Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur jednoczęściowy z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek jednostronny zakryty samoprzylepną patką. Krok bez klinu. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.”

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający dla pozycji 3 i 4 **dopuszcza** dostawę powyżej opisanych kombinezonów, dla pozycji 11 **nie dopuszcza** dostawy kombinezonu opisanego powyżej.

**Pytanie 13, dot. części 2:**

„Pozycja 3, 4, 11: Czy Zamawiający dopuści kombinezon w opakowaniu a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę kombinezon w opakowaniu a'1szt z przeliczeniem podanych ilości

**Pytanie 14, dot. części 2:**

„Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści półmaskę w opakowaniu jednostkowym a'1szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający **dopuszcza** półmaskę w opakowaniu jednostkowym a'1szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pytanie 15, dot. części 2:**

„Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści półmaskę w opakowaniu jednostkowym a'1szt, w opakowaniu zbiorczym a'30szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie zbiorcze?”

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający **dopuszcza** półmaskę w opakowaniu jednostkowym a'1szt, w opakowaniu zbiorczym a'30szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie zbiorcze

**Pytanie 16, dot. części 2:**

„Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści półmaskę z zaworem.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający **dopuszcza** półmaskę z zaworem.

**Pytanie 17, dot. części 2:**

„Pozycja 7 - 10: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 7-10 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający **nie wydzieli** pozycji nr 7-10 do osobnego zadania.

**Pytanie 18, dot. części 2:**

„Pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m<sup>2</sup>, ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający **nie dopuszcza** ochraniaczy na buty wykonanych z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m<sup>2</sup>, ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski.

**Pytanie 19, dot. części 2, poz. 6:**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Części II i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie pozycji 6 z Części II i utworzenie oddzielnego zadania.

2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że **zmianie ulega treść Formularzy cenowych stanowiących Załącznik 3b i 3l do SIWZ.**

**Zmienione formularze cenowe stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Informacji o zmianie treści SIWZ.**

3. Zmianie ulega również **termin składania i otwarcia ofert:**

Termin składania ofert: **09.11.2020 r. godz. 09:00**

Termin otwarcia ofert: **09.11.2020 r. godz. 09:10**

Z-ca Pomorskiego  
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
  
**lek. wet. Edward Kowalke**





## FORMULARZ CENOWY

## Część II: Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt

LP.	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT (%)	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8 = 6*7	9 = 6 + 8	10	11
1	Czepki, jednorazowe, z włókniny	op. = 100 szt.	25		- zł		- zł	- zł		
2	Fartuch gumowy	szt.	10		- zł		- zł	- zł		
3	Kombinezon ochronny kategorii III, typ 4, 5, 6, zapewniający ochronę przed zagrożeniami biologicznymi/infekcjami wg normy EN 14126. Wymagane: trójpanelowy kaptur dla lepszej kompatybilności z innym sprzętem ochrony indywidualnej, dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką, mankiety z dzianiny oraz elastyczny pas i nogawki. Kolor biały, dopuszczalne pokrycia szwów i wzmocnienia w innym kolorze. Każdy kombinezon pakowany osobno. Mix rozmiarów w ilości opakowań: L - 95 op. /XL - 95 op. /XXL - 5 op.	op. = 20 szt.	195		- zł		- zł	- zł		
4	Półmaska medyczna, chirurgiczna, higieniczna na gumki. Trójwarstwowa, wysokobarierowa, gramatura mni. 25g/m <sup>2</sup> .	op. = 50 szt.	114		- zł		- zł	- zł		
5	Półmaska filtrująca do ochrony dróg oddechowych, jednorazowa. Klasa FFP3 zgodnie z normą EN 149:2010+A1:2019	op. = 10 szt.	250		- zł		- zł	- zł		
6	Półmaska przeciwpyłowa przeznaczona jest do skutecznej ochrony układu oddechowego. Zabezpiecza przed pyłami (4xNDS), mgłą, dymami, a także drażniącymi gazami pochodzenia organicznego (poniżej NDS).	op. = 10 szt.	5		- zł		- zł	- zł		
7	Rękaw ochronny foliowy- zarękawnik	op. = 50 par	1		- zł		- zł	- zł		
8	Rękawice grube, bawełniane, pięciopalczone	para	2		- zł		- zł	- zł		
9	Rękawice grube, gumowe, gospodarcze, Rozmiar M	para	50		- zł		- zł	- zł		
10	Jednorazowy kombinezon filizelinowy z kapturem oddychający, zapinany na zamek błyskawiczny, kolor biały. Mix rozmiaru L i XL 50/50%	op. = 50 szt.	20		- zł		- zł	- zł		

1.1	Ochraniacze foliowe na obuwię wysokie grubości co najmniej 70 młc.	op. = 100 szt.	60	- zł	Słownie:	- zł	- zł
	<b>Razem NETTO:</b>			- zł		<b>Słownie:</b>	
<b>Razem BRUTTO:</b>				- zł	<b>Słownie:</b>		

miejscowość, data

\_\_\_\_\_ podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

## Część XII: Dostawa jednorazowych rękawic ochronnych

L.P.	NAZWA PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT (%)	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4*5	7	8 = 6*7	9 = 6 + 8	10	11
1	Rękawice nitrylowe, niebieskie o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej, bezpudrowe, okres przydatności 5 lat, rozmiar L	op. = 100 szt.	300		- zł		- zł	- zł		
2	Rękawice nitrylowe, niebieskie o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej, bezpudrowe, okres przydatności 5 lat, rozmiar M	op. = 100 szt.	1017		- zł		- zł	- zł		
3	Rękawice nitrylowe, niebieskie o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej, bezpudrowe, okres przydatności 5 lat, rozmiar S	op. = 100 szt.	682		- zł		- zł	- zł		
4	Rękawice nitrylowe, niebieskie o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej, bezpudrowe, okres przydatności 5 lat, rozmiar XL	op. = 100 szt.	131		- zł		- zł	- zł		
<b>Razem NETTO:</b>					- zł	<b>Słownie:</b>				
<b>Razem BRUTTO:</b>					- zł	<b>Słownie:</b>				

miejscowość, data

---

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

