

Gdańsk, dn. 17.09.2015 r.

**- WSZYSCY WYKONAWCY-**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dotyczy zamówienia na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 4 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW/a/z.272.12.2015, działając w trybie art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1, dot. części III, poz. 1:**

„Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego ilości wymaganych chłodzi laboratoryjnych dla pozycji 1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk chłodzi każda składająca się z dwóch oddzielnych komór samodzielnie zasilanych? Czy natomiast Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie 2 urządzeń tzn. 2 komór samodzielnie zasilanych?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **wymaga dostarczenia 1 sztuki** chłodzi, która składa się z dwóch oddzielnych komór samodzielnie zasilanych.

**Pytanie nr 2, dot. części III, poz. 1:**

„Czy Zamawiający dopuści chłodzi laboratoryjną z poziomem szumu wynoszącym 58 dB(A), spełniającą jednocześnie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **dopuszcza** chłodzi laboratoryjną z poziomem szumu wynoszącym 58 dB(A), spełniającą jednocześnie pozostałe wymagane parametry.

**Pytanie nr 3, dot. części III, poz. 1:**

„Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 2 szt. chłodziarek jednokomorowych o podanych w SIWZ parametrach, czy 2 szt. chłodziarek dwukomorowych?”.



Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający **wymaga dostarczenia 1 sztuki** chłodni, która składa się z dwóch oddzielnych komór samodzielnie zasilanych.

**Pytanie nr 4, dot. części III, poz. 1:**

„Czy zapis o dwóch oddzielnych komorach zasilanych samodzielnie odnosi się do jednego czy dwóch oddzielnych urządzeń?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zapis o dwóch oddzielnych komorach zasilanych samodzielnie **odnosi się do jednego urządzenia.**

2. Zamawiający w dniu 15.09.2015 r. zmodyfikował treść SIWZ w zakresie powyższych pytań, a modyfikację umieścił na stronie:  
[www.gdansk.wiw.gov.pl](http://www.gdansk.wiw.gov.pl).
3. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

  
Z-ca Pomorskiego  
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
*lek. wet. Paweł Niemczuk*