

Gdańsk, dn. 01.12.2015 r.

-WSZYSCY WYKONAWCY-

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 14 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW/a/z.272.14.2015, działając w trybie art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 28, dot. części IV, poz. 1:

„W nawiązaniu do wymaganych parametrów chłodziarki laboratoryjnej oraz wyjaśnień specyfikacji z dnia 16.11.2015 r., informujemy, iż podane parametry chłodziarki wskazują na konkretny model urządzenia, spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego, którego wymiary wewnętrzne wynoszą jednak 1263 x 700 x 1550 mm (szer. x gł. x wys.). Jednocześnie informujemy, iż aktualnie żaden producent nie posiada na rynku urządzenia spełniającego wymagane przez Zamawiającego parametry, przy zachowaniu głębokości wewnętrznej wynoszącej 650 mm. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości wewnętrznej 700 mm oraz spełniającą pozostałe wymagane parametry?”

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający **dopuszcza** dopuści chłodziarkę o głębokości wewnętrznej 700 mm, spełniającą pozostałe wymagane parametry.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Paweł Niemczuk