



Gdańsk, dn. 05.09.2016 r.

- WSZYSCY WYKONAWCY -

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 11 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW/a/z.272.7.2016, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1, dot. części V:

„Czy Zamawiający dopuszcza pojemność inkubatora 53 litry?

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne (szer/głęb/wys): 620 x 622 x 680 mm i wymiary wewnętrzne (szer/głęb/wys): 401 x 330 x 401 mm ?

Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatur +5° C powyżej temperatury otoczenia do +70° C ?

Czy Zamawiający dopuszcza wagę inkubatora razem z 2 półkami 45 kg ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **dopuszcza** pojemność inkubatora 53 litry.

Zamawiający **nie dopuszcza** wymiarów: zewnętrzne (szer/głęb/wys): 620 x 622 x 680 mm i wymiary wewnętrzne (szer/głęb/wys): 401 x 330 x 401 mm, z uwagi na uwarunkowania architektoniczne i ściśle określoną przestrzeń na urządzenie, którą podane w pytaniu wymiary zewnętrzne (szerokość) znacznie przekraczają.

Zamawiający **nie dopuszcza** zakresu temperatur +5° C powyżej temperatury otoczenia do +70° C.

Zamawiający **dopuszcza** wagę inkubatora razem z 2 półkami 45 kg.

Pytanie nr 2, dot. wzoru umowy i treści SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy w dniach roboczych?”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na termin dostawy w dniach roboczych i wymaga dla wszystkich części postępowania terminu dostawy zgodnego z zapisem § 2 ust. 1 wzoru umowy liczonego w **dniach kalendarzowych**.

Pytanie nr 3, dot. wzoru umowy i treści SIWZ:

„Czy Zamawiający dopuści sposób zgłaszania reklamacji e- mailem i dopuści e-mailową drogę odpowiedzi na reklamację?”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający **dopuszcza** sposób zgłaszania reklamacji e- mailem i dopuszcza e-mailową drogę odpowiedzi na reklamację.

Pytanie nr 4, dot. wzoru umowy i treści SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

„Zamawiający **wyraża zgodę** na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, co przewiduje i opisuje w Rozdziale 14 SIWZ ust. 3 pkt 3.3.

Pytanie nr 5, dot. wzoru umowy i treści SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych § 5 ust. 1 i 3:

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku:
 - a) w wysokości 0,2% wartości umowy **netto** określonej w §1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, w reakcji na zgłoszenie wady (§ 7 ust. 8 i 9)
 - b) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% łącznej ceny **netto** niezrealizowanej części umowy;
 - c) nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny **netto** wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny **netto** niezrealizowanej części umowy, po wcześniejszym uprzedzeniu WYKONAWCY w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, a w szczególności:
 - a) odmowy wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad/zgodny z opisem w SIWZ;
 - b) nie zapewnienia przedmiotu umowy o zaoferowanej jakości.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę kar umownych § 5 ust. 1 i 3.

Pytanie nr 6, dot. wzoru umowy i treści SIWZ:

„Czy Zamawiający dopuści w § 4 ust 9 zmianę:

WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie **3 dni roboczych** od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne **3 dni robocze**.

Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający **dopuszcza zmianę** w § 4 ust. 9 i zmienia treść §4 ust. 9 na następującą:

„WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i w przypadku jej uwzględnienia dostarczy artykuły nowe, wolne od wad, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż następne 3 dni robocze.

Terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym WYKONAWCĘ do wystawienia faktury jest dzień dostarczenia towaru wolnego od wad”.

Pytanie nr 6, dot. wzoru umowy i treści SIWZ:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby sprzęt w Część V: Dostawa inkubatora laboratoryjnego miał pojemność 75l zamiast 60l ?”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający **wyraża zgodę**, żeby sprzęt w Część V: Dostawa inkubatora laboratoryjnego miał pojemność 75l zamiast 60l, pod warunkiem, iż wymiary zewnętrzne urządzenia nie będą większe niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7, dot. załącznika nr 1 do SIWZ część 8 pkt. 2 oraz załącznika 3I:

„W załączniku nr 1 do SIWZ część 8 pkt. 2 Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu IVD natomiast w załączniku 3I do wszystkich urządzeń wymagany jest wpis do rejestru Produktów Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę wirówek nieposiadających certyfikatu IVD ale wpisanych do rejestru Produktów Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostarczenie przez Wykonawcę wirówek nieposiadających certyfikatu IVD, ale wpisanych do rejestru Produktów Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytanie nr 8, dot. załącznika 3I pkt. 1:

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę o wysokości 29 cm i spełniającej pozostałe wymagane parametry?”



Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający **dopuszcza** do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę o wysokości 29 cm i spełniającej pozostałe wymagane parametry.

Pytanie nr 9, dot. załącznika 3I pkt. 1:

„Czy Zamawiający podał niepełne oznaczenie rotora FA-45-30, a w rzeczywistości jest w posiadaniu rotora FA-45-30-11?”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający **podał** niepełne oznaczenie rotora FA-45-30 i w rzeczywistości jest w posiadaniu rotora FA-45-30-11.

Pytanie nr 10, dot. załącznika 3I pkt. 2:

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę nieposiadającą drenu odprowadzającego wilgoć oraz skropliny z komory? Zastosowanie drenu jest korzystne w przypadku wirówek z chłodzeniem, a w tym punkcie Zamawiający wymaga dostarczenia wirówki bez chłodzenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający **dopuszcza** do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę nieposiadającą drenu odprowadzającego wilgoć oraz skropliny z komory.

Pytanie nr 11, dot. części I, pkt. 6:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną skrzyniową bez samoczynnie zamykanych drzwi, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Funkcja samoczynnie zamykanych drzwi dostępna jest w urządzeniach chłodniczych pionowych, w przypadku urządzeń skrzyniowych, funkcja ta mogłaby nieść ryzyko przytrzaśnięcia dłoni pokrywą zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający **dopuszcza** zamrażarkę laboratoryjną skrzyniową bez samoczynnie zamykanych drzwi, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający **nie dopuszcza** pieca muflowego z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo, gdyż tak obudowa szybciej ulega korozji.

Pytanie nr 13, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wysokości zewnętrznej 54 cm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego? Jeśli nie,



proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający **dopuszcza** piec muflowy o wysokości zewnętrznej 54 cm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach zewnętrznych 46 x 52 x 51 cm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający **dopuszcza** piec muflowy o wymiarach zewnętrznych 46 x 52 x 51 cm (szer. x głęb. x wys.).

Pytanie nr 15, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach zewnętrznych 45 x 61,5 x 46,5 cm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający **nie dopuszcza** pieca muflowego o wymiarach zewnętrznych 45 x 61,5 x 46,5 cm (szer. x głęb. x wys.).

Pytanie nr 16, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach wewnętrznych 22 x 30 x 22 cm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający **nie dopuszcza** pieca muflowego o wymiarach wewnętrznych 22 x 30 x 22 cm (szer. x głęb. x wys.).

Pytanie nr 17, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach wewnętrznych 19 x 25 x 19 cm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający **nie dopuszcza** pieca muflowego o wymiarach wewnętrznych 19 x 25 x 19 cm (szer. x głęb. x wys.).

Pytanie nr 18, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach wewnętrznych 25 x 34 x 17 cm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający **dopuszcza** piec muflowy o wymiarach wewnętrznych 25 x 34 x 17 cm (szer. x głęb. x wys.).

Pytanie nr 19, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o mocy 2 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający **dopuszcza** piec muflowy o mocy 2 kW.

Pytanie nr 20, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wadze 50 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający **nie dopuszcza** pieca muflowego o wadze 50 kg, gdyż ta waga przekracza możliwości wytrzymałościowe stołu na, którym ma być zainstalowany.

Pytanie nr 21, dot. części III:

„Czy Zamawiający dopuści piec muflowy wyposażony w mikroprocesowy kontroler z 10 programami (po 500 ramp każdy), czasem utrzymania temperatury? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego zamawiający rezygnuje z lepszego rozwiązania.”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający **dopuszcza** piec muflowy wyposażony w mikroprocesowy kontroler z 10 programami (po 500 ramp każdy), czasem utrzymania temperatury.


Pytanie nr 22, dot. części VII:

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania komorę laminarną bez certyfikatu IVD?”

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający **dopuszcza** do postępowania komorę laminarną bez certyfikatu IVD.

2. Termin składania i otwarcia pozostaje bez zmian.


FOMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Niemczuk