

Gdańsk, dn. 11.10.2016 r.

- WSZYSCY WYKONAWCY -

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

dotyczy zamówienia na:

„Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku”.

Działając w trybie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na: *Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku*, zostały złożone oferty:

Dostawa inkubatora laboratoryjnego

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Punktacja końcowa P _K	Punktacja przyznana ofercie w częściowych kryteriach:		
				Kryterium P _C - waga: 60	Kryterium P _T - waga: 28	Kryterium P _G - waga: 12
1	ARGENTA Sp. z o.o. Sp. kapitałowa ul. Polska 114 60-401 Poznań	5 591,58 zł	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona
2	VWR International Sp. z o. o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk	5 681,37 zł	88	60	28	0,00

P_C - Cena brutto

P_T - Czas realizacji zamówienia

P_G - Okres gwarancji

Jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert została uznana: oferta nr 2, złożona przez: **VWR International Sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk**. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez **ARGENTA Sp. z o.o. Sp. kapitałowa**, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polskiej 114, z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 06.10.2016 r. udzielił wyjaśnień do treści SIWZ, gdzie w odpowiedzi na pytania numer 2, 14, 16 i 22 doprecyzował, iż **nie dopuszcza** urządzenia, które będzie posiadało regulację zakresu temperatur od **+5°C powyżej temperatury otoczenia**.



**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Gdańsku**

Sprawa nr WIW/a/z.272.9.2016

Wykonawca w złożonej ofercie z dnia 07.10.2016 r., jako stroną nr 8 załączył kartę katalogową oferowanego urządzenia, z której treści wynika, iż oferowane urządzenie posiada: „**Regulacja temperatury: od 5°C powyżej temp. pokojowej do 105°C**”, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i skutkuje odrzuceniem oferty z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Z postępowania nie został wykluczony żaden z Oferentów.

Przewidywany termin zawarcia umowy - zgodnie z przepisami art. 94 Ustawy Pzp.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

POMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Niemczuk

Zawiadomienie zostanie zamieszczone:

1. Strony internetowe Zamawiającego
2. a/a.