



Gdańsk, dn. 13.10.2016 r.

-WSZYSCY WYKONAWCY-

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia na: **„Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku”.**

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW/a/z.272.11.2016, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy:

„We wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w § 7 ust 4. Zamawiający wymaga zapewnienia bezpłatnej obsługi serwisowej oferowanego sprzętu przez cały okres gwarancji.

Czy według Zamawiającego w zakresie obsługi serwisowej mieszczą się, poza naprawami gwarancyjnymi, okresowe przeglądy techniczne?

Standardowo jest to usługa nieobjęta gwarancją i dodatkowo płatna. W związku z tym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ust. 4 w § 7 umowy na:

„4. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych napraw gwarancyjnych zakupionego u niego sprzętu w całym okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie. Pozostałe czynności serwisowe, tj. naprawy nieobjęte gwarancją i przeglądy okresowe, płatne będą dodatkowo według aktualnego cennika WYKONAWCY.”?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę brzmienia ust. 4 w § 7 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„4. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych czynności serwisowych, w tym przeglądów okresowych i napraw gwarancyjnych zakupionego u niego sprzętu w całym okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie.

Naprawy nieobjęte gwarancją płatne będą dodatkowo według aktualnego cennika WYKONAWCY”.



Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy:

„We wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w § 7 ust 5. Zamawiający wymaga wymiany sprzętu na nowy, w przypadku konieczności dokonania 3 napraw dostarczonego urządzenia, w terminie 2 dni od zgłoszenia.

Tak sformułowany warunek obejmuje wszystkie naprawy, również te nieobjęte gwarancją, które nie uprawniają do wymiany sprzętu na nowy. Ponadto, termin ewentualnej wymiany może okazać się za krótki, w przypadku konieczności sprowadzenia nowego urządzenia od producenta. W związku z tym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ust. 5 w § 7 umowy na:

„5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady powodujące konieczność dokonania 3 gwarancyjnych napraw przedmiotu umowy, wówczas WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia w jego miejsce nowego sprzętu, wolnego od wad, w terminie 30 dni roboczych od zgłoszenia roszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzeniem prawidłowo realizowanej dostawy jest obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru.”?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę brzmienia ust. 5 w § 7 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady powodujące konieczność dokonania 3 gwarancyjnych napraw przedmiotu umowy, wówczas WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia w jego miejsce nowego sprzętu, wolnego od wad, w terminie 30 dni roboczych od zgłoszenia roszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzeniem prawidłowo realizowanej dostawy jest obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

POMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lek. wet. Paweł Niemczuk