



Gdańsk, dn. 16.05.2017 r.

- WSZYSCY WYKONAWCY -

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy zamówienia: „Dostawa odczynników chemicznych i wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych w 9 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW/a/z.272.2.2016, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 25, dot. części IX, poz. 1

„Jakiej długości będzie sonda? Czy Zamawiający dopuści zamianę barwnika YakimaYellow (Absorbancja max: 524 nm; Emisja max: 551 nm) na równoważny barwnik CAL Fluor Gold 540 (Absorbancja max: 522 nm; Emisja max: 544 nm) bądź barwnik HEX (Absorbancja max: 535 nm; Emisja max: 556 nm)?”.

Odpowiedź na pytanie nr 25:


Zamawiający **wymaga** dostarczenia sondy długości **28**. Zamawiający **dopuszcza** zamianę barwnika YakimaYellow (Absorbancja max: 524 nm; Emisja max: 551 nm) na równoważny barwnik **HEX (Absorbancja max: 535 nm; Emisja max: 556 nm)**.

Pytanie nr 26, dot. części IX, poz. 2:

„Jakiej długości będzie sonda? Czy Zamawiający dopuści zamianę barwnika VIC (Absorbancja max: 538 nm; Emisja max: 554 nm) na równoważny barwnik HEX (Absorbancja max: 535 nm; Emisja max: 556 nm)?”.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający **wymaga** dostarczenia sondy długości **29**. Zamawiający **dopuszcza** zamianę barwnika VIC (Absorbancja max: 538 nm; Emisja max: 554 nm) na równoważny barwnik **HEX (Absorbancja max: 535 nm; Emisja max: 556 nm)**.



Pytanie nr 27, dot. części IX, poz. 3:

„Jakiej długości będą sondy? Czy Zamawiający dopuści zamianę barwnika TAMRA na wygaszacz BHQ1?”.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający **wymaga** sond o długościach FAM-TAMRA 18, 22, 23, 24 x 2 szt., 27 x 2 szt., FAM-BHQ1 22 x 2 szt.

Zamawiający **nie dopuszcza** zamiany barwnika TAMRA na wygaszacz BHQ1.

Pytanie nr 28, dot. części IX, poz. 4

„Jakiej długości będą startery? W jaki sposób mają być oczyszczone startery - odsolone, standard RP-18, HPLC, PAGE?”.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający **wymaga** starterów o długościach:

- 1) (19)
- 2) (18) x 4 szt.
- 3) (21) x 7 szt.
- 4) (25) x 2 szt.
- 5) (24) x 2 szt.
- 6) (22) x 3 szt.
- 7) (23) x 3 szt.

Zamawiający **wymaga**, aby startery były oczyszczone: **odsolone, standard RP-18**.

2. Terminy składania i otwarcia uległy przedłużeniu na niżej wymienione terminy:

- Termin składania ofert upływa dnia **18.05.2017** roku o godzinie **10.00**;
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.05.2017** roku o godzinie **10.15**.

POMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lek. wet. *Wojciech Trybowski*